

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rapid Test HBsAg Proven TestTM memiliki nilai *Area Under the Curve* yang sangat baik, serta nilai sensitivitas dan spesifisitas yang telah mendekati standard rekomendasi dari World Health Organization.

5.2 Saran

1. Dapat dilakukan penelitian lanjutan terhadap Rapid Test HBsAg Proven TestTM untuk mendiagnosis infeksi hepatitis B dengan jumlah sampel yang lebih banyak.
2. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan sehingga dapat memberikan informasi yang penting bagi ilmu pengetahuan di bidang kedokteran