

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. *Rapid test* HBsAg Diaspot[®] memiliki nilai AUC sebesar 95,7%.
2. *Rapid test* HBsAg Diaspot[®] memiliki nilai sensitivitas dan spesifisitas yang telah mendekati standar rekomendasi dari *World Health Organization*.

B. Saran

1. Peneliti lain disarankan untuk menguji lebih lanjut dalam penegakan diagnosis Hepatitis B dengan menggunakan *rapid test* yang dibandingkan dengan pemeriksaan *Gold standard*.
2. Peneliti lain disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan dari beberapa *rapid test* HBsAg untuk mendiagnosis infeksi Hepatitis B.